



Apparecchi elettromedicali
EN 62353 CEI 62-148

Mod.	ELM001		
Rev.	1	Data	08/04/2021
Pag.	1	di	1
Apparecchi verificati N° 9		In riparazione N° 0	*Nuovi N° 1

Cliente	Studio Odontoiatrico Dott.	Scheda	Inventario apparecchi elettromedicali
	Via		

APPARECCHIO	COSTRUTTORE	MODELLO	MATRICOLA	LOCALE	INV	a c c	CLASSE	TIPO	NOTE	TITOLO	DATA COLLAUDO	DATA VERIFICA	DATA PROSSIMA VERIFICA
Riunito Dentistico	Rol	Eur 2000		Studio 1	062		I	B	AT	P	/	apr/202	apr/202
Lampada Polimerizzatrice	Mectron	Starlight Pro		Studio 1	218		II	B	AT	P	/	apr/202	apr/202
Motore Endodontico	NSK	Endo-Mate DT		Studio 1	760		II	B	AT	P	/		apr/202
Radiologico Endorale	Villa	Kono 70		Studio 2	065		I	B	AT	P	/	apr/202	apr/2023
Motore Implantologia	Kavo	Intrasurge 300 plus		Studio 2	066		I	BF	AT	P	/	apr/202	apr/2023
Lampada Polimerizzatrice	Kulzer	KB 10		Studio 2	067		I	BF	AT	P	/	apr/202	apr/2023
Compattatore Coni Guttaperca	Sybron Endo	Touch 'n Heat		Studio 2	069		I	BF	AT	P	/	apr/202	apr/2023
Riunito Dentistico	Miglionico	Syncro		Studio 2	143		I	B	AT	P	/	apr/2021	apr/2023
Elettrobisturi	Satelec	Servotome Classic		Studio 2	219		I	BF	AT	P	/	apr/2021	apr/2023
Rivelatore Apicale	J. Morita	Root ZX		Studio 2	220		A.I.	B	AT	P	/	apr/2021	apr/2023

Legenda	Classe: I apparecchio di Classe 1, II apparecchio di classe 2, A.I. Alimentazione interna Tipo: parte applicata su apparecchio B – BF - CF Note: TC: tecnologia convenzionale; AT: alta tecnologia Titolo: C: comodato; P: proprietà; V: visione		*Nuovi: apparecchi appena acquistati, ancora coperti da verifiche di fabbrica
Periodicità	Biennale	Data verifica	giovedì 8 aprile 202
Approvato:	Veriva Srl	Esito verifica	POSITIVO
			Il tecnico esecutore